

Ofício Nº 160/2022/GAB-SEMUS

Barra do Corda/MA, 05 de abril de 2022.

À senhoria

Mikaela Oliveira Cabral


Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Retificação de Termo de Referência

Com cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente em atenção ao Ofício nº 72/2022 CPL, formalizamos a devolução do Termo de Referência referente ao Pregão nº 29/2022 com as devidas retificações que se fizeram necessárias para sanar as impugnações apresentadas. Desse modo, encaminhamos novo Termo de referência a fim de dar a devida continuidade do processo.

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,



NAKYOANE CUNHA ANDRADE

Secretária de Saúde Interina do município de Barra do Corda
Portaria nº 06/2022

Ofício Nº 127/2022/GAB-SEMUS

Barra do Corda, 05 de Abril de 2022

À Ilustríssima Senhora
Coordenadora de Receitas e Despesas

Assunto: Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para atender as necessidades das unidades de saúde: Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital Materno Infantil e Atenção Básica

Ao tempo em que cumprimos V.Sa., venho por meio deste formalizar a solicitação de aquisição de materiais/equipamentos hospitalares para atender as necessidades das unidades de saúde: Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital Materno Infantil e Atenção Básica conforme Termo de Referência em anexo.



NAKYOANE CUNHA ANDRADE

Secretária de Saúde Interina do Município de Barra do Corda
Portaria 06/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Este Termo de Referência tem por objeto a **aquisição de materiais/equipamentos hospitalares para atender as necessidades das unidades de saúde: Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital Materno Infantil e Atenção Básica**, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barra do Corda/MA.

- 1.1. Contratação de empresa para aquisição de materiais/equipamentos hospitalares para atender as necessidades das unidades de saúde: Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital Materno Infantil e Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barra do Corda/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1	EMISSIONES OTOACÚSTICAS OTOREAD NEW SCR+: Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções. Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a visualização do exame. Microfone de alta definição com sistema anti-ruído. Capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído). Menu em Português. Memória para armazenar até 250 exames. Frequências de teste para TE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4kHz Frequência de teste para DP: 2, 3, 4, 5 kHz Nível de intensidade do Estímulo TE: 80db SPL Nível de intensidade do Estímulo DP: 65/55 db SPL Itens Inclusos • Maleta de transporte • Base do equipamento com conexões para impressora e C (USB) • Impressora com fonte acoplada • Kit de software de transferência de dados • Cabo de comunicação impressora/base • Cabo de extensão da sonda (1m) • Bobina papel térmico • Caixa com olivas em 12 tamanhos diferentes (total de 146 unidades) • Bateria recarregável Litio • 04 ponteiras de sonda • Manual de operação em português	1 UND

2	BISTURÍ ELETRÔNICO BP-400 PLUS - EMAI: Bisturi Eletrônico com sistema de duplo controle, foi desenvolvido para atender aos mais exigentes profissionais da área. Destinado a ser o padrão em unidades eletro cirúrgicas, apresenta-se como indispensável ao centro cirúrgico, devido ao seu alto grau de segurança, que garante operações precisas e confiáveis, pois realiza todos os tipos de cirurgias tais como: Cirurgia Geral, Urocirurgia, Gastrocirurgia, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Cirurgia de Paredes Torácicas, Cirurgias Pulmonares e Cirurgias Cardíacas. CARACTERÍSTICAS: Controle de Potência: Suave, linear e ajustes independentes para corte e coagulação. Sinalização Audiovisual: Para orientação do cirurgião ao acionar corte e coagulação. Alarme de Segurança: Que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do fio da placa neutra. Acionamento: De corte e coagulação pode ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual tátil. Saída bipolar de alta eficiência. • Saídas Ativas: Monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo, com acionamento através de pedal e outra saída monopolar para utilização de 1 caneta com acionamento manual. • Saída bipolar para diversos tipos de pinças e • Formas de Onda: Com alta eficiência e específicas para as cinco aplicações (corte, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar). ACESSÓRIOS 1 Carro móvel para transporte 1 Pedal duplo 1 Caneta padrão autoclavável 1 Caneta de comando manual reutilizável 1 Placa neutra permanente em inox (com cabo duplo) 1 Pinça bipolar isolado tipo baioneta 1 Cabo bipolar autolavável 1 Pino adaptador de caneta (alta/bxa.) Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas.	1 UND
3	CARDIOVERSOR BIFÁSICO: Display de LCD em cristal líquido colorido de alta definição; escala de desfibrilação versão 200, 270 e 300 joules; tempo de carga de 5 a 12 segundos, ajustáveis de fábrica entre 200 a 360 joules; Pás para uso adulto e infantil; Relógio, Cronômetro (contador de segundos), Data e Contador de Choques; Idioma em português; Modo sincronizado e modo automático; cartão de memória; conexão USB; Bateria interna, recarregável; memória interna de aproximadamente 2GB; Conexão com entrada para UTI Móvel 12 VDC; alimentação de 100 a 240 VAC – 50/60H. ITENS INCLUSOS: • Pás Externas intercambiáveis (Adulto/Infantil) • Cabo de paciente de 5 vias, • Cabo de força • Pacote de eletrodos precordiais,	1 UND

	01 de vidro de gel.	
4	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, para atendimento em emergências cardíacas com aplicação de choque por meio de pás multifuncionais; grau de proteção contra choque elétrico; choque bifásico até 360J; bateria interna recarregável; Armazenamento de memória Interna; Forma de onda exponencial truncada bifásica. Voltagem bivolt; Modo de funcionamento de operação contínua; Peso aproximadamente 1,9Kg.	2 UND
5	BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, bateria de lítio 11.1V 2600mAh - Tempo de carregamento: 5h - Tempo de trabalho: 9h; Alimentação com fonte de rede: 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA; Segurança Tipo de proteção classe I; Operação contínua; proteção aplicada tipo CF a prova de desfibrilação; dimensões: 233,5 x 99 x 120mm; Porta USB, Auto Falante, Por Infra Vermelho; aparelhos de infusão: 10-60 gotas/ml; precisão do sistema: $\geq 1 \text{ ml/h}$, $\pm 5\% < 1 \text{ ml/h}$, precisão $\pm 5\%$ ou $\pm 0,005 \text{ ml/h}$ para o valor mais alto; Faixa de configuração do modo micro: 100 - 1200 ml/h; Intervalo de Tempo: 1min-99hrs59min; Tipo de Fusível: T2AL 250V; Nível de pressão sonora do sinal de alarme: $\geq 50\text{dB (A)}$ no nível mais baixo $\leq 80\text{dB (A)}$ no nível mais alto. ITENS INCLUSOS: 1 Bateria Recarregável 1 Prendedor de suporte 1 Cabo de força	10 UND
6	MONITOR DE SINAIS VITAIS MUTLIPARAMÉTRICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tela de 12,1 polegadas; Visualização de multicanais; Portátil – com alça incorporada ao Monitor; Comunicação em rede e com a central de monitorização; Interface Oxícardiorespirograma; Uso adulto, pediátrico e neonatal; PARÂMETROS VITAIS MONITORADOS DE SÉRIE - ELETROCARDIOGRAMA (ECG) - OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) - PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) - TEMPERATURA 2 CANAIS - RESPIRAÇÃO PARÂMETROS OPCIONAIS - PRESSÃO INVASIVA (PI) 2 CANAIS - CAPNOGRAFIA - IMPRESSORA TÉRMICA. ITENS INCLUSOS - bateria recarregável - cabo de alimentação elétrica AC	10 UND

	• certificado de garantia • CD do manual do usuário; • Cabo ECG 5 vias • Sensor de SPO2 • Manguito • Sensor de temperatura	
7	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Dimensões do produto: 310 mm (L) x 280 mm (C) x 350 mm (A); - Peso bruto: 6 kg; - Modo de Operação: Contínuo; - Classificação de Partes Aplicadas: Circuito Paciente: BF; - Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável: Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O; - Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: Equipamento à prova de choque elétrico Classe II – Quando conectado à rede elétrica AC; / Energizado internamente – Quando energizado através da sua bateria interna; - Meio de Separação entre Equipamento e Rede Elétrica: Plugue de rede; - EMC: Classe B; - Uso adulto/pediátrico(acima de 5Kg); - Grau de impermeabilidade: IP21; - Tensão Nominal: 16,8 VDC; - Carga Nominal: 7000 mAh; - Display: 10.4". ITENS INCLUSOS: 02 - (dois) circuitos completos autoclaváveis (1 adulto e 1 pediátrico); 01 - (um) pulmão de teste.	5 UND
8	REANIMADOR MANUAL(AMBU) - ADULTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Composição: Silicone/PVC; - Volume do balão: 1800 ml - Volume de Entrega: 1050 ml; - Reservatório: 2700 ml; - Acompanha extensor de 2m; - Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; - Espaço morto: Menor que 7,0 ml; - Limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O; - Temperatura Operacional: -18°C a 50°C; - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C.	5 UND
9	REANIMADOR MANUAL(AMBU)- INFANTIL CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - Balão em silicone translúcido autoclavável; - Tamanho infantil: balão com 500ml; - Máscara facial de silicone; - Válvula unidirecional, modelo bico de pato; - Produtos autoclaváveis.	5 UND

10	TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA Tábua para massagem cardíaca, confeccionada em polietileno;- Medidas aproximadas: 42 x 42 x 0,6 cm (Comprimento x Largura x Espessura).	3 UND
11	FIO GUIA (BOUGIE) VENTILADO P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL (CX. C/ 05 UN.), TAMANHO ADULTO, comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15 frenchs) para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm. Descrição do Produto: - Guia para intubação traqueal que permite ofertar um fluxo de oxigênio durante as manobras; - Embalagem individual estéril: pronta para uso imediato; - Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie durante as manobras; - Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; - Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; - Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida para referência de posicionamento em ambas as extremidades: permite seu uso nos dois sentidos (extremidade angulada ou reta); - Marcações situadas na face anterior: favorece a leitura durante o procedimento; - Extremidades atraumáticas; - Conector padrão 15mm de fácil acoplamento e desacoplamento; - Apresentação: estéril, pronto para uso imediato; - Isento de Látex. Conteúdo da Embalagem: - 05 (cinco) Fios Guia (Bougie) p/ Intubação Traqueal - Adulto 15F; - 05 (cinco) Conectores de 15mm para Bougie ventilado.	5 CAIXAS
12	FIO GUIA (BOUGIE) VENTILADO P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL (CX. C/ 05 UN.) PEDIÁTRICO, características: comp. 54 cm / espessura 2,0 mm (6F) Descrição do Produto: - Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie durante as manobras; - Superfície antiaderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; - Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; - Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do Bougie em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta);	5 CAIXAS

	- Marcações situadas na face anterior do <i>Bougie</i> favorecem a leitura durante o procedimento; - Pontas arredondadas e atraumáticas; - Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida.	
13	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE USO ADULTO E PEDIÁTRICO, oxímetro de alta precisão que monitora a porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto. Características do produto: Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade; Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca; Curva Pletismográfica; Capa protetora em Silicone e Estojo para armazenamento; - Medição rápida e precisa. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Tipo de tela Tela: OLED; - SpO2 variação de tela: 0-99%; - SpO2 Faixa Medição: 70-99%; - SPO2 Precisão: 70-99% - ± 3% / 0-69% - não definido; - SPO2 Resolução: 1%; - FC variação de tela: 0-254 bpm; - FC Faixa Medição: 30-235 bpm; - FC Precisão: 30-99bpm:± 2bpm/100-235bpm:± 2%; - FC Resolução: 1 BPM; - Energia necessária: 2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V; - Consumo de energia: < 30mA; - Vida útil da Bateria: Podem ser usadas continuamente por 30hrs; - Dimensões (mm): Comprimento: 60 / Largura: 30 / Altura: 30; - Peso: 100g (incluindo as duas baterias AAA).	5 UND
14	BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL, balança com plataforma em metal antiderrapante de alta resistência analógica mecânica com capacidade máxima de 130 kg. Dimensões (C x L x A): 24.5x 27x4.2 cm; Peso: 1.25 Kg.	300 UND
15	ANALISADOR DE GASES SANGÜÍNEOS (GASÔMETRO), analisador de pH e gases sanguíneos que mede pH PCO2 PO2 Na K Cl iCa Gli Lac Hct. Gás sanguíneo: pCO2, pO2; Eletrólitos: Cl-, K+, Na+, de pH; Acoplamento com tela sensível ao toque; Sistema de cartuchos individuais para sensores, calibradores e QC de líquido. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tela sensível ao toque de 10,1 pol. em cores, completa, com vários idiomas, estatísticas de CQ, gestão de dados integrada, coletor de amostras automático, adaptador capilar integrado, leitor de código de barras opcional, armazenamento de dados de CQ, carrinho opcional com fonte de energia ininterrupta. Cartão MicroSensor: Volume de amostra de 60 µl. Requisito de potência elétrica < 90 Watts. Amostras aceitáveis: Sangue total (heparinizado), arterial, venoso, venoso misto;	1 UND

	Requisitos de coleta de amostra, 135 µl. Protocolos de comunicação: Formatos de conectividade ASTM, HL7 ou POCT01-A2. Dimensões do produto incluindo CO-oximetria e conectividade bidirecional: 35.5 x 15.5 x 18.2	
16	MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO P Descrição do Produto: máscara para Terapia do Sono Ease -Sem testeira, não ventilada, autoclavável. Possui conector para linha de amostragem e entrada para medição de pressão e concentração CO2, presilhas em formato borboleta para encaixe rápido, válvula exalatória e conector em cotovelo giratório de 360°, com válvula de segurança e conexão para tubo 22 mm. Acompanha: um par de presilhas extras, fixador cefálico de nylon hipoalergênico e tubo corrugado de polipropileno com Ø interno de 22 mm. Produto autoclavável: 110°C (PC) e 134°C (Silicone). Livre de Látex.	3 UND
17	MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO M Descrição do Produto: máscara para Terapia do Sono Ease -Sem testeira, não ventilada, autoclavável. Possui conector para linha de amostragem e entrada para medição de pressão e concentração CO2, presilhas em formato borboleta para encaixe rápido, válvula exalatória e conector em cotovelo giratório de 360°, com válvula de segurança e conexão para tubo 22 mm. Acompanha: um par de presilhas extras, fixador cefálico de nylon hipoalergênico e tubo corrugado de polipropileno com Ø interno de 22 mm. Produto autoclavável: 110°C (PC) e 134°C (Silicone). Livre de Látex.	3 UND
18	MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO G Descrição do Produto: máscara para Terapia do Sono Ease -Sem testeira, não ventilada, autoclavável. Possui conector para linha de amostragem e entrada para medição de pressão e concentração CO2, presilhas em formato borboleta para encaixe rápido, válvula exalatória e conector em cotovelo giratório de 360°, com válvula de segurança e conexão para tubo 22 mm. Acompanha: um par de presilhas extras, fixador cefálico de nylon hipoalergênico e tubo corrugado de polipropileno com	3 UND

	Ø interno de 22 mm. Produto autoclavável: 110°C (PC) e 134°C (Silicone). Livre de Látex.	
--	--	--

1.2. Os quantitativos dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.3. O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contados a partir da data da assinatura do contrato.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde vê a importância da aquisição dos materiais objetivando a ampliação do escopo dos serviços ofertados à unidade de saúde, fazendo-se necessário a aquisição de aparelho fonoaudiólogo para realização do “teste da orelhinha”, para garantir a realização do exame que deve ser feito nas primeiras horas (ou dias) de vida do recém-nascido, tendo em vista que a sua realização é fundamental para avaliar a saúde do bebê e detectar possíveis problemas congênitos, que devem ser tratados o quanto antes, para que se alcancem resultados mais consistentes, bem como a aquisição de bisturi eletrônico, tornando tecnologicamente possível a realização de pequenas e médias cirurgias, de modo a reduzir o risco de contaminação e morbimortalidade. Os demais materiais e equipamentos hospitalares servirão para atender a demanda do serviço prestado pela UPA Barra do Corda, tendo em vista ser a unidade de referência de demais municípios próximos.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para atender as necessidades das unidades de saúde: Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital Materno Infantil e Atenção Básica, abrangendo os seguintes requisitos da contratação:

3.1.1. Apresentar e atender a todas as exigências relativas a documentação exigida;

4. EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. A entrega do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

4.2. Entregar o objeto do contrato no prazo de 30 (trinta) dias úteis, impreterivelmente, após assinatura do contrato e conforme solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde.



5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

- 5.1. O prazo de entrega do objeto será de 30 (trinta) dias, que fará a solicitação da entrega, que será feita no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, no seguinte endereço Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda - MA.
- 5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização, a qual será um servidor, designado pelo contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da(o) contratada(o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.4. Os bens serão recebidos definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

- 6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;
- 6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e



determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

- 8.2.A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9. PAGAMENTO

- 9.1.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 9.3.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 9.4.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 10.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à Emenda MAC/PAB

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, a Contratada que:



- 11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 11.1.5. Cometer fraude fiscal;

Barra do Corda – MA, 05 de abril de 2022.



NAKYOANE CUNHA ANDRADE

Secretária de Saúde Interina do Município de Barra do Corda
Portaria 06/2022